

I. VANDENS SKAITIKLIŲ PATIKROS STENDŲ TECHNINIAI DUOMENYS**II. PATIKROS STENDAS NR. 1**

Bendrieji duomenys

Matavimo ribos: 0,016–1,6 m³/h

Patikros stendas susietas su šiais skaitikliais:

- Nr. 3461, vardinė tūrio vertė – 21 dm³
- Nr. 3483, vardinė tūrio vertė– 5,5 dm³

Kalibravimo data: 2023-02-01

III. PATIKROS STENDAS NR. 2

Bendrieji duomenys

Matavimo ribos: 0,025-4,0 m³/h

Patikros stendas susietas su šiais skaitikliais:

- Nr. 3484, vardinė tūrio vertė – 51 dm³
- Nr. 3467, vardinė tūrio vertė– 10,5 dm³

Kalibravimo data: 2023-02-21

IV. PATIKROS STENDAS NR. 3

Bendrieji duomenys

Matavimo ribos: 0,06–6,3 m³/h

Patikros stendas susietas su šiais skaitikliais:

- Nr. 3493, vardinė tūrio vertė – 110 dm³
- Nr. 3483, vardinė tūrio vertė– 21 dm³

Kalibravimo data: 2023-02-21

V. PATIKROS STENDAS NR. 4

Bendrieji duomenys

Matavimo ribos: 0,1–16 m³/h

Patikros stendas susietas su šiais skaitikliais:

- Nr. 3496, vardinė tūrio vertė – 210 dm³
- Nr. 3407, vardinė tūrio vertė– 51 dm³

Kalibravimo data: 2023-02-21

VI. PATIKROS STENDAS NR. 7**Bendrieji duomenys**

Matavimo ribos: 0,016–1,6 m³/h

Patikros stendas susietas su šiais skaitikliais:

- Nr. 3001, vardinė tūrio vertė – 21 dm³
- Nr. 3002, vardinė tūrio vertė – 5,5 dm³

Kalibravimo data: 2023-02-01

Patalpų planas (121, 5 kv.m.)

